



Test Laboratuvarları

LVT Test Laboratuvarları Ltd. Şti.

www.lvt.com.tr

Saray Modern Keresteciler Sanayi Sitesi 4.Cadde No:9 Kazan / ANKARA
Tel: 0 312 815 13 25-26 Faks: 0 312 815 13 27



AB-0341-T

20-1129-
R0-N1-1

04-20

DENEY RAPORU

Test Report

1/193

Müşteri
Client

: BIOSYS BİYOMEDİKAL MÜH. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Adres
Address

: ANKARA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ CYBERPLAZA 4/A CYBERPARK
A303/C ÇANKAYA / ANKARA

İmalatçı
Manufacturer

: BIOSYS BİYOMEDİKAL MÜH. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Deney Numunesi
Test Sample

: BİYOVENT

Marka
Trade Mark

: BIOSYS

Deney Metodu
Test Method

: TS EN 60601-1:2009+A1:2014+AC:2011+A12:2015+A1/AC:2014
(IEC 60601-1:2005/AMD1:2012/COR1:2014)

Deney Tarihi
Date of Test

: 16.04.2020 – 28.04.2020

Toplam Sayfa Sayısı
Total Number of Pages

: 193

Basım Tarihi
Date of Issue

: 29.04.2020

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren LVT Test Laboratuvarları Ltd. Şti. TÜRKAK' tan AB-0341-T numarası ile IEC/ISO TS EN 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.

LVT Test Laboratuvarları Ltd. Şti. accredited by TÜRKAK under registration number AB-0341-T for IEC/ISO 17025:2017 as test laboratory.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanınma antlaşmasını imzalamıştır.

The Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreements (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports

Deney ve / veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (talep halinde) ve deney metodları, bu raporun tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

The test and / or measurements results, the uncertainties (if required) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.

Mühür
Seal

Deney Sorumlusu
Person in Charge of Test

Laboratuvar Müdürü
Head of Testing Laboratory



Ata Gürül ARSLANLI

Cahit GÖKSEL

Rapor detaylarını karekod ile kontrol edebilirsiniz.
You can check the report details via QR code.

Bu rapor, Laboratuvarımızın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory.
Testing reports without signature and seal are not valid.

FRT.61/Rev06/0220


Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 8695fe10-a133-4757-818d-4281bd5ed2ec kodu ile eri ebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

İçindekiler

Contents

	Sayfa
	Page
1. Numunelerin Tanımı (<i>Definition of the Samples</i>).....	3
2. Deneý Sonuçları (<i>Test Results</i>).....	3
3. Çevre Şartları (<i>Environmental Conditions</i>).....	3
4. Deneý Metodundan Sapma, Ekleme ve Çıkarmalar (<i>Deviations , Additions & Cutbacks from the Test Method</i>)...	3
5. Şartnamelere Uygunluk (<i>Conformity to Specifications</i>).....	4
6. Dağıtım Bilgileri (<i>Distribution Information</i>).....	4
7. Açıklama (<i>Explanations</i>).....	4
8. Ölçüm Belirsizliđi (<i>Uncertainty of Measurement</i>).....	4
9. Deneý Uygulamaları (<i>Test Applications</i>).....	5
10. Deneý ve Ölçüm Bilgileri (<i>Test & Measuring Arrangements</i>).....	132
11. Deneý Fotoğrafları (<i>Test Photographs</i>).....	133
12. Firma Dokümanları (<i>Documentary of Client</i>).....	142



LVT Test Laboratuvarları Ltd. Şti.

AB-0341-T

20-1129-
R0-N1-1

04-20

3/193

1. Numunelerin Tanımı *Definition of the Samples*

Solunum Cihazı
Ventilatör

1.1 Biyovent

(20-1129-R0-N1)

Numune Kabul Tarihi <i>Date of Receive</i>	:	16.04.2020
Numune Seri No <i>Serial No</i>	:	400003
Tip <i>Type</i>	:	Biyovent
Kutup Sayısı <i>Number of Poles</i>	:	Monophase
Beyan Gerilimi <i>Rated Voltage</i>	U_n	: 220 V AC
Beyan Akımı <i>Rated Current</i>	I_n	: 0.5 A
Beyan Frekans <i>Rated Frequency</i>	f_n	: 50 Hz
Beyan Koruma Derecesi <i>Rated Degree of Protection</i>	IP	: 20
Numune Boyutları <i>Dimensions of the Sample</i>	mm	: 150*58*58
Numune Ağırlığı <i>Weight of the Sample</i>	kg	: 55
Sınıf <i>Class</i>	:	Class I and Internally powered ME equipment.
Cihaz – Malzeme Listesi <i>Device – Component List</i>	:	See table 8.10

2. Deney Sonuçları *Test Results*

Deney sonuçları, müşteri tarafından laboratuvara teslim edilen ve sadece deneyi yapılan numuneye aittir.
The test results only belong to the tested sample(s) delivered to the laboratory by client.

Numune <i>Sample</i>	Uygulanan Deney <i>Applied Test</i>	Sonuç <i>Result</i>
Biyovent	TS EN 606011:2009+A1:2014+AC:2011 +A12:2015+A1/AC:2014 IEC 60601-1:2005/AMD1:2012/COR1:2014	OLUMLU <i>Passed</i>

3. Çevre Şartları *Environmental Conditions*

3.1 Ortam Sıcaklığı
Ambient Temperature : (21±3) °C

3.2 Ortam Nemi
Ambient Moisture : (37±3) %Rh

4. Deney Metodundan Sapma, Ekleme ve Çıkarmalar *Deviations, Additions & Cutbacks from the Test Method*

4. Çıkarmalar : Deneyler; standart deney metoduna göre uygulanmıştır.
Tests were made according to the clauses of the relevant standards.

5. Şartnamelere Uygunluk (Gerekli Hallerde) *Conformity to Specifications (If Necessary)*

: -



LVT Test Laboratuvarları Ltd. Şti.

AB-0341-T

20-1129-
R0-N1-1

04-20

4/193

6. **Dağıtım Bilgileri** : BIOSYS BIYOMEDİKAL MÜH. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Distribution Information

7. **Açıklama** : -
Explanation

8. **Ölçüm Belirsizliği** : Detaylar aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Uncertainty of Measurement *The details are mentioned table below.*

Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği, standart belirsizliğin k=2 olarak alınan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve % 95 oranında güvenilirlik sağlamaktadır.

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k=2 which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95 %.

Deney bilgisi <i>Test details</i>	Cihaz kodu <i>Device code</i>	Ölçülen değer <i>Measured value</i>	Ölçüm belirsizliği <i>Measurement uncertainty</i>
Ambient Temperature	LC349	Cl. 3.1	%1,6
Ambient Moisture	LC349	Cl. 3.2	±2,98
Creepage distances and air clearances	LC365	Ins. Diagram	±0,0758
Creepage distances and air clearances	LC443	Ins. Diagram	%0,06
Power input	LC96	See Table 4.11	%1,31
Humidity preconditioning treatment (Temperature)	LC215	See Clause 5.7	±1,26
Humidity preconditioning treatment (Humidity)	LC215	See Clause 5.7	±3,91
Accessible parts and applied parts	LC30	See Table 8.4.2	%1,34
ME equipment intended to be connected to a power source by a plug	LC30	See Table 8.4.3	%1,34
Impedance and current-carrying capability	LC85	See Table 8.6.4	%3,96
Leakage currents and patient auxiliary currents	LC91	See Table 8.7	%3,6
Dielectric strength	LC85	See Table 8.8.3	%1,91
Mechanical strength and resistance to heat	LC100	See Table 8.8.4.1	%2,67
Gaps Measurement	LC365	See Table 9.2.2.2	±0,0539
Gaps Measurement	LC443	See Table 9.2.2.2	%0,06
Instability in transport position	LC284	See Table 9.4.2.1	%1,33
Instability excluding transport position	LC284	See Table 9.4.2.2	%0,66
Audible acoustic energy	LC44	See Clause 9.6.2.1	%0,31
ME equipment not intended to produce diagnostic or therapeutic x-radiation	LC320	See Table 10.1.1	±0,0612
Maximum temperature during normal use	LC74	See Table 11.1.1	±1,39
Push test	LC204	See Table 15.3	%0,59
Mould stress relief test	LC100	See Table 15.3	%2,67





Test Laboratuvarları

Elektrikli Tıbbi Donanım Deneyleri

Medical Electrical Equipment Tests

9. Deney Uygulamaları:

Test Applications

IEC 60601-1 Medical electrical equipment Part 1: General requirements for basic safety and essential performance	
Test specification:	
Standard	IEC 60601-1:2005, COR1:2006, COR2:2007, AMD1:2012 (or IEC 60601-1:2012 reprint)
Test procedure	Type Test
Non-standard test method	
Test Report Form No.	IEC60601_1P
Test Report Form Originator	UL(US)
Master TRF	2019-10-11
Copyright © 2019 Worldwide System for Conformity Testing and Certification of Electrotechnical Equipment and Components (IECEE), Geneva, Switzerland. All rights reserved.	
This publication may be reproduced in whole or in part for non-commercial purposes as long as the IECEE is acknowledged as copyright owner and source of the material. IECEE takes no responsibility for and will not assume liability for damages resulting from the reader's interpretation of the reproduced material due to its placement and context.	
If this Test Report Form is used by non-IECEE members, the IECEE/IEC logo and the reference to the CB Scheme procedure shall be removed.	
This report is not valid as a CB Test Report unless signed by an approved CB Testing Laboratory and appended to a CB Test Certificate issued by an NCB in accordance with IECEE 02.	





Test Laboratuvarları

Elektrikli Tıbbi Donanım Deneyleri Medical Electrical Equipment Tests

Copy of marking plate

The artwork below may be only a draft. The use of certification marks on a product must be authorized by the respective NCBs that own these marks.

Biosys Biyomedikal Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti.  2020 ATG Bölgesi, Cyberpark, Cyberplaza A Blok, 303C Çankaya/Ankara/TÜRKİYE, 06800	www.biosys.com.tr REF Biyovent Türk Malı /Made in Turkey	biosys MILLİ MEDİKAL KİTAPLARI TÜSEB tarafından lisanslanmıştır. arçelik tesislerinde üretilmiştir.
 IP ₂₀   55 KG  CLASS I  CE 2292	220V AC, 0.5A, 50Hz, 110VA Dok.No: TD.01/2.9 Yayın Tarihi: 01.11.2016 Rev. No: 03 Rev. Tarihi: 01.04.2020	

Oksijen / O₂

Beslenme Basıncı Aralığı
Supply Pressure Range
min : 2.0 bar
max : 7.0 bar
Tepe Akışı / Peak Flow
max : 180 lpm



Hava / Air

Beslenme Basıncı Aralığı
Supply Pressure Range
min : 2.0 bar
max : 7.0 bar
Tepe Akışı / Peak Flow
max : 180 lpm




Copy of marking plate

Periyodik bakımların
yapıldığından emin olun!

ENGELLEME!
DO NOT OBSTRUCT!


Hava Acil Giriş Portu
Emergency Air Port



Copy of marking plate




Sigorta:
250 V 3 A

 220 VAC 0.5 A

**LÜTFEN
KULLANICI KILAVUZUNU
OKUYUN**

**PLEASE REFER
THE USER MANUAL**





Test Laboratuvarları

Elektrikli Tıbbi Donanım Deneyleri

Medical Electrical Equipment Tests

GENERAL INFORMATION	
Test item particulars (see also Clause 6):	
Classification of installation and use	: Mobile
Device type (component/sub-assembly/ equipment/ system):	Equipment
Intended use (Including type of patient, application location) :	Intensive care unit
Mode of operation	: Continuous
Supply connection.....	: internally powered / appliance coupler
Accessories and detachable parts included	: Control screen declared.
Other options include	: None
Name and Address of factory(ies).....	: ARÇELİK A.Ş. Elektronik İşletmesi Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Karaağaç Mah. 8.Sokak No:1A 59510 Kapaklı/Tekirdağ
Testing	
Date of receipt of test item(s)	: 16.04.2020
Dates tests performed.....	: 16.04.2020 – 28.04.2020
Possible test case verdicts:	
- test case does not apply to the test object	: N/A
- test object does meet the requirement.....	: Pass (P)
- test object was not evaluated for the requirement	: N/E (collateral standards only)
- test object does not meet the requirement.....	: Fail (F)
Abbreviations used in the report:	
- normal condition	: N.C.
- single fault condition.....	: S.F.C.
- means of Operator protection	: MOOP
- means of Patient protection	: MOPP
General remarks:	
Before starting to use the TRF please read carefully the 4 instructions pages at the end of the report on how to complete the new version “K” of TRF for IEC for 60601-1 3rd edition with Amendment 1.	
"(See Attachment #)" refers to additional information appended to the report.	
"(See appended table)" refers to a table appended to the report.	
The tests results presented in this report relate only to the object tested.	
This report shall not be reproduced except in full without the written approval of the testing laboratory.	
List of test equipment must be kept on file and available for review.	
Additional test data and/or information provided in the attachments to this report.	
Throughout this report a <input checked="" type="checkbox"/> comma / <input type="checkbox"/> point is used as the decimal separator.	



INSULATION DIAGRAM

